

TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Nr.MM-2016-K-27773.02

(aizvieta Nr. MM-2016-K-27773.01.02.05.2016..redakciju)

Pasūtītājs/maksātājs:

Itla.lv SIA, reģistrācijas Nr.: 40103312689, adrese: Rīga, Maskavas 250, LV-1063, e-pasts: itla@itla.lv

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Medicīnas mikrobioloģijas laboratorija, tālr.: 67081597, e-pasts: medicina@bior.lv, 25.04.2016 plkst. 10:00
(pavadraksta Nr: MM-2016-K-27773)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Medicīna.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

K-27773/1 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Medicīniskās zeķes ar pretsenīšu / pretmikrobu iedarbību (sērija MIK,AMIK) dažādi veidi un izmēri

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Irina Gerasimenko / SIA " Itla.lv " valdes locekle tālrunis: 29262290;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: pretsenīšu / pretmikrobu iedarbība

Parauga ņemšanas vieta: Maskavas 250,Rīga.SIA " Itla.lv "

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.04.2016

Paraugi pieņemti: "BIOR" Medicīnas mikrobioloģijas laboratorija (25.04.2016 plkst. 10:00)

Testēšana uzsākta:25.04.2016.Testēšana pabeigta:02.05.2016.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Baktericidās darbības pārbaude	Лабораторный контроль качества дезинфекционных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях 1988. г.*	Pēc 2 stundu ekspozīcijas ar ATCC 33591 (S.aureus MRSA) kultūru uz medicīniskajām zeķēm (dažādi veidi) to augšana nav konstatēta

K-27773/2 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Medicīniskās zeķes ar pretsenīšu / pretmikrobu iedarbību (sērija MIK,AMIK) dažādi veidi un izmēri

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Irina Gerasimenko / SIA " Itla.lv " valdes locekle tālrunis: 29262290;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: pretsenīšu / pretmikrobu iedarbība

Parauga ņemšanas vieta: Maskavas 250,Rīga.SIA " Itla.lv "

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.04.2016

Paraugi pieņemti: "BIOR" Medicīnas mikrobioloģijas laboratorija (25.04.2016 plkst. 10:00)

Testēšana uzsākta:25.04.2016.Testēšana pabeigta:02.05.2016.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Baktericidās darbības pārbaude	Лабораторный контроль качества дезинфекционных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях 1988. г.*	Pēc 2 stundu ekspozīcijas ar ATCC 27853 (Ps.aeruginosa) kultūru uz medicīniskajām zeķēm (dažādi veidi) to augšana nav konstatēta

K-27773/3 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Medicīniskās zeķes ar pretsenīšu / pretmikrobu iedarbību (sērija MIK,AMIK) dažādi veidi un izmēri

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Irina Gerasimenko / SIA " Itla.lv " valdes locekle tālrunis: 29262290;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: pretsēnīšu / pretmikrobu iedarbība

Parauga ņemšanas vieta: Maskavas 250,Rīga.SIA " Itla.lv "

Parauga ņemšanas datums, laiks: 25.04.2016

Paraugi pieņemti: "BIOR" Medicīnas mikrobioloģijas laboratorija (25.04.2016 plkst. 10:00)

Testēšana uzsākta:25.04.2016.Testēšana pabeigta:02.05.2016.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Baktericīdās darbības pārbaude	Лабораторный контроль качества дезинфекционных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях 1988. г.*	Pēc 2 stundu ekspozīcijas ar ATCC 10231 (C.albicans) kultūru uz medicīniskajām zeķēm(dažādi veidi) to augšana nav konstatēta

Sastādīja: Marina Čerkasova (Vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: 09.05.2016

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīja: Svetlana Makarova (Medicīnas mikrobioloģijas laboratorijas vadītāja)